

„Same same but different“

- Bekanntes Problem
- Betrifft maschinelle Reiniger
- Gleiches Präparat, andere Charge
andere Wirkung!

Baustelle Endoskop-Aufbereitung

- Meldepflichtige Zwischenfälle mit Endoskopen
 - Coloskop: Flüssigkeitsaustritt unmittelbar vor Anwendung – Coli-Reinkultur
 - Echo-Gastroskop: Blutige Flüssigkeit aus Albarran-Kanal

Baustelle Endoskop-Aufbereitung

- Ventile in Schublade mit saugfähiger Unterlage:

3067	Endoskopie	Tupfereinlage in Ventillager-Lade	≥ 100	c.n. Staphylokokken, Staphylococcus aureus
------	------------	-----------------------------------	------------	--

WFHSS

- 57 Mitgliedergesellschaften aus 52 Ländern
- Neues Logo:



- World Sterilisation Day: **10. April**

Nächster Weltkongress



04. – 07. Oktober 2017
Bonn, Deutschland

<http://www.wfhssbonn2017.com>